

令和元年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門 回答速報

I ABO血液型

試料	オモチ検査			ウラ検査			判定
	抗A	抗B	結果	A1赤血球	B赤血球	結果	
試料 6	4+	陰性	A型	陰性	陰性	AB型	判定保留
試料 7	陰性	陰性	O型	4+~3+	4+~3+	O型	O型
試料 8	陰性	4+	B型	3+~2+	陰性	B型	B型

II RhD血液型

試料	直後判定		D陰性確認試験		判定
	抗D	Rhコントロール	抗D	Rhコントロール	
試料 6	4+~3+	陰性	未実施	未実施	RhD陽性
試料 7	mf	陰性	未実施	未実施	判定保留
試料 8	4+~3+	陰性	未実施	未実施	RhD陽性

III 交差適合試験

試料	間接抗グロブリン試験	IgG感作赤血球	結果	判定
血漿 9 赤血球 9	2+	未実施	陽性	不適合
血漿 10 赤血球 10	2+	未実施	陽性	不適合
血漿 11 赤血球 11	0	+	陰性	適合