

## 令和2年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門 回答速報

### ABO血液型

試料	オモチ検査			ウラ検査			判定
	抗A	抗B	結果	A1赤血球	B赤血球	結果	
試料 6	4+	陰性	A型	陰性	3+~2+	A型	A型
試料 7	mf	陰性	判定保留	陰性	3+~2+	A型	判定保留
試料 8	4+	4+	AB型	陰性	陰性	AB型	AB型

### RhD血液型

試料	直後判定		D陰性確認試験		判定
	抗D	Rhコントロール	抗D	Rhコントロール	
試料 6	陰性	陰性	陰性	陰性	RhD陰性
試料 7	4+~3+	陰性	未実施	未実施	RhD陽性
試料 8	4+~3+	陰性	未実施	未実施	RhD陽性

### 交差適合試験

試料	間接抗グロブリン試験	IgG感作赤血球	結果	判定
血漿 9 赤血球 9	陰性	+	陰性	適合
血漿 10 赤血球 10	2+~1+	未実施	陽性	不適合
血漿 11 赤血球 11	2+~1+	未実施	陽性	不適合

### 輸血文章問題

	回答
設問1	3
設問2	4
設問3	3
設問4	3