

<タスクシフト／シェアに関する厚生労働大臣指定講習会時の質問と回答>

・持続皮下グルコース検査（当該検査を行うために機器の装着及び脱着を含む。）

質問1：フリースタイルリブレセンサーを装着している腕でABI検査は可能か？筋電図はどうか？特にセンサーの上からマンシットを巻くのは良いか？センサーを外さないといけないか。

→圧迫で壊れる可能性あり。場所をずらすかセンサーを外します。

筋電図検査に関しては添付文書に記載はなく、問題ないと考えます。

質問2：ペースメーカーなど、他の植え込み型装置とは併用しないとありますが、静電気、電子レンジや電気釜など日常生活での電磁波は問題ないか？

→添付文書に記載がないので特に日常生活や家電の制限はないです。

質問3：そのほか、注意が必要な患者さんはあるか？

今まで聞いた中では、乳がん切除後の患者（リンパ胸郭等で循環が悪い）

→患側にはセンサー貼付しない。

透析中の患者（シャントのある腕は避ける）

→上記は添付文書に記載はありませんが、

一般的な注意事項として先生方にお聞きする注意点になります。