

令和4年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門 回答速報

ABO血液型

試料	オモテ検査			ウラ検査			判定
	抗A	抗B	結果	A1赤血球	B赤血球	結果	
試料 6	陰性	陰性	O型	4+	陰性	B型	判定保留
試料 7	4+	4+	AB型	陰性	陰性	AB型	AB型
試料 8	陰性	mf	判定保留	3+~4+	陰性	B型	判定保留

RhD血液型

試料	直後判定		D陰性確認試験		判定
	抗D	Rhコントロール	抗D	Rhコントロール	
試料 6	4+	陰性	検査不要のため 未実施	検査不要のため 未実施	RhD陽性
試料 7	陰性	陰性	陰性	陰性	RhD陰性
試料 8	4+	陰性	検査不要のため 未実施	検査不要のため 未実施	RhD陽性

交差適合試験

試料	間接 抗グロブリン試験	IgG感作赤血球	結果	判定
血漿 9 赤血球 9	2+~3+	検査不要のため 未実施	陽性	不適合
血漿 10 赤血球 10	2+~3+	検査不要のため 未実施	陽性	不適合
血漿 11 赤血球 11	陰性	+	陰性	適合

輸血文章問題

	回答
設問1	5
設問2	3
設問3	2
設問4	2

* 文章問題解説:「令和4年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門 輸血文章問題 (解答)」参照