

令和6年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門

ABO血液型

試料	オモテ検査			ウラ検査				判定
	抗A	抗B	結果	A1赤血球	B赤血球	O赤血球	結果	
試料 6	0	+	B型	+	0	0/未実施	B型	B型
試料 7	0	0	O型	+	+	0/未実施	O型	O型
試料 8	+	0	A型	0	0	0/未実施	AB型	判定保留

RhD血液型

試料	直後判定		D陰性確認試験		判定
	抗D	Rhコントロール	抗D	Rhコントロール	
試料 6	0	0	0	0	D陰性
試料 7	+	0	検査不要のため 未実施	検査不要のため 未実施	D陽性
試料 8	+	0	検査不要のため 未実施	検査不要のため 未実施	D陽性

交差適合試験

試料	間接 抗グロブリン試験	IgG感作赤血球	結果	判定		
試料 9	0	+	陰性	適合	抗Dを含む血漿 +D抗原陰性赤血球	
試料10	試料12	+	検査不要のため 未実施	陽性	不適合	抗Dを含む血漿 +D抗原陽性赤血球
試料11		+	検査不要のため 未実施	陽性	不適合	抗Dを含む血漿 +D抗原陽性赤血球

輸血文章問題

	回答
設問1	2
設問2	3
設問3	2
設問4	4
設問5	5

* 文章問題解説:「令和6年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門 輸血文章問題 (解答)」参照