

令和7年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門

ABO血液型

試 料	オモテ検査			ウラ検査			判定
	抗A	抗B	結果	A1赤血球	B赤血球	結果	
試料 6	0	0	O型	4+	4+	O型	O型
試料 7	4+	4+	AB型	0	0	AB型	AB型
試料 8	0	4+	B型	0	0	AB型	判定保留

RhD血液型

試 料	直後判定		D陰性確認試験		判定
	抗D	Rhコントロール	抗D	Rhコントロール	
試料 6	4+	0	検査不要のため未実施	検査不要のため未実施	D陽性
試料 7	0	0	0	0	D陰性
試料 8	4+	0	検査不要のため未実施	検査不要のため未実施	D陽性

交差適合試験

試 料	間接抗グロブリン試験	IgG感作赤血球	結 果	判 定	
試料 9	0	+	陰性	適合	
試料10	0	+	陰性	適合	
試料11	2+～3+	検査不要のため未実施	陽性	不適合	抗kを含む血漿

輸血文章問題

	回答
設問1	4
設問2	2
設問3	5
設問4	1
設問5-1	[11]抗Jk ^b
設問5-2	[20]抗Di ^a

* 文章問題解説

「令和7年度山臨技精度管理調査 輸血細胞治療部門 輸血文章問題(解答)」参照

